

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310040
CÓDIGO / CODE 107087
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1020250K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION COLESTEROL CHOD PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO

KIT
LOTE / LOT: 10708722146
DATA DE FABR./MANUF. DATE: 04/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2022

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020250MK
LOTE / LOT: 10719022147
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2024

PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020003P
LOTE / LOT: 1072532184
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 11/2022

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|---------------------------------|--|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE | LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID | CONFORME/ACCORDING |
| ODOR/ODOUR | LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL | CONFORME/ACCORDING |
| pH (25oC) | 6.60 - 6.80 | 6.65 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm | 0.000 - 0.030 | 0.007 |
| TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL) | 126 - 167 | 152 |
| TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL) | 161 - 214 | 192 |
| TRULAB L - LOTE: 30761 (mg/dL) | 134 - 178 | 160 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control