CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	**80115310195**
CÓDIGO / CODE	**109354**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	**1020500KWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	**COLESTEROL WS 2X250ML**

KIT

LOTE / LOT:	1093542272
DATA DE FABR./MANUF. DATE	04/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1020250MKWS
LOTE / LOT:	1093572272
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.65
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.007
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	126 - 167	152
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	161 - 214	192
TRULAB L - LOTE: 30761 (mg/dL)	134 - 178	160

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control