

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310195
CÓDIGO / CODE	110149
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1020180MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	COLESTEROL WS 6X30 ML
	KIT
	LOTE / LOT: 1101492252
	DATA DE FABR./MANUF. DATE: 04/2022
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2024
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020030MMWS
	LOTE / LOT: 1101502251
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.65
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.007
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	126 - 167	152
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	161 - 214	192
TRULAB L - LOTE: 30761 (mg/dL)	134 - 178	160

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control