

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310267
CÓDIGO / CODE	111989
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1160200R
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	HDL-C DIRETO R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)
	KIT
LOTE / LOT:	1119892211
DATA DE FABR./MANUF. DATE	07/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2024
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1160050T
LOTE / LOT:	1119882211
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2024
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1160050T
LOTE / LOT:	1119882211
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSEADO - CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 28657 (mg/dL)	38.7 - 51.3	43.37
TRULAB P - LOTE: 29696 (mg/dL)	48.1 - 63.7	53.11
TRULAB L - LOTE: 30761 (mg/dL)	27.3 - 40.9	35.19

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control