CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	**80115310206**
CÓDIGO / CODE	**109402**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	**1110250KWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	**ALBUMINA WS 1X250ML**

KIT

LOTE / LOT:	1094022261
DATA DE FABR./MANUF. DATE	08/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1110250MKWS
LOTE / LOT:	1094062261
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	03/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.17
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.247
TRULAB N - LOTE: 31253 (g/dL)	2.75 - 4.40	3.57
TRULAB P - LOTE: 31254 (g/dL)	3.50 - 5.60	4.58

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control