

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310093</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>107930</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>2080075K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML</b>
<b>KIT</b>	
LOTE / LOT:	10793022200
DATA DE FABR./MANUF. DATE	08/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2024
<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2080020R1K
LOTE / LOT:	10793122146
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2024
<b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2080015R2K
LOTE / LOT:	10793322152
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	02/2024

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	Conforme/According
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	Conforme/According
TRULAB N - LOTE 31253 (U/L)	55.5 - 83.2	67.7
TRULAB P - LOTE 31254 (U/L)	190 - 285	243.3

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control