

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

### CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310055</b>   |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>111211</b>  |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>1090200R</b>  |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)</b> |
|                                     | <b>KIT</b>   |
|                                     | LOTE / LOT: 1112112243   |
|                                     | DATA DE FABR./MANUF. DATE 07/2022  |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023  |
|                                     | <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>  |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090050T   |
|                                     | LOTE / LOT: 1112102244   |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023  |
|                                     | <b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>  |
|                                     | COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090050T   |
|                                     | LOTE / LOT: 1112102244   |
|                                     | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2023  |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION                 | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION   | RESULTADO / RESULTS |
|---|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1                 | LIMPIDO LEVEMENTE OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO SLIGHTLY OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOW | Conforme/According  |
| APARENCIA/APPEARANCE R2                 | LIQUIDO LIMPIDO AMARELO A LEVEMENTE VERMELHO - CLEAR, YELLOW TO SLIGHTLY RED LIQUID               | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R1                           | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR   | Conforme/According  |
| ODOR/ODOUR R2                           | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR   | Conforme/According  |
| pH R1 (25 oC)                           | 0.7 - 0.9   | 0.81                |
| pH R2 (25 oC)                           | 0.8 - 1   | 0.90                |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm      | 0 - 0.03  | 0.009               |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 546 nm | 0 - 0.03  | 0.008               |
| TRULAB N - 31253 (mg/dL)                | 1.14 - 1.94   | 1.37                |
| TRULAB P - 31254 (mg/dL)                | 3.42 - 5.83   | 4.58                |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**