



LORNE LABORATORIES LTD



CERTIFICATE OF ANALYSIS

Certificado de Análise

PRODUCT:	Anti-c Monoclonal Blood Grouping Reagent			
PRODUTO:	Reagente de Grupo Sanguíneo Monoclonal Anti-c			
LOT NUMBER:	692116-A1 and all sub-lots (i.e. 692116-A2, 692116-A3, 692116-A4, etc)			
NÚMERO DE LOTE:	692116-A1 e todos os sublotes (e.x. 692116-A2, 692116-A3, 692116-A4, etc)			
MANUFACTURE DATE:	2022-05-19			
DATA DE FABRICAÇÃO:	19/05/2022			
EXPIRY DATE:	2024-05-19			
DATA DE VALIDADE:	19/05/2024			
PRESERVATIVE:	<0.1% Sodium Azide w/v			
CONSERVANTE:	0.1% de Azida Sódica w/v			
DYE:	None			
CORANTE:	Nenhum			
STERILITY:	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter			
ESTERILIDADE:	Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm			
STORAGE:	Refrigerate at 2 – 8°C			
ARMAZENAMENTO:	Refrigerado à 2 – 8°C			
MICRO TESTING:	Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg			
MICRO TESTE:	Os materiais de origem usados para produzir este lote foram testados na origem e encontrados para ser não reativo para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg			
POTENCY:	Tube Test:	BioVue Card	DiaMed Card	Microplate
POTÊNCIA:	(Teste em tubo)	(Cartão BioVue)	(Cartão DiaMed)	Microplaca
	R1r Cells	1 in 128	1 in 512	1 in 256
	Células R1r	1 em 128	1 em 512	1 em 256
AVIDITY: (1st sign of agglutination)	R1R2 Cells 12 seconds	r'r Cells 12 seconds	R1r Cells 12 seconds	
AVIDEZ: (1º sinal de Aglutinação)	Células R1R2 12 segundos	Células r'r 12 segundos	Células R1r 12 segundos	
SPECIFICITY:	Positive Phenotypes	Negative Phenotypes		
ESPECIFICIDADE:	Fenótipos Positivos	Fenótipos Negativos		
	R1R2 Cells	Grade 5	R2R2 Cells	Negative
	Células R1R2	Grau 5	Células R2R2	Negativo
	r'r Cells	Grade 5	r''r Cells	Negative
	Células r'r	Grau 5	Células r''r	Negativo
	R1r Cells	Grade 5	rr Cells	Negative
	Células R1r	Grau 5	Células rr	Negativo
QUALITY CONTROL:	The characteristics (potency and specificity) of this lot of Anti-c conform to the specifications stated in the current issue of "The Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK"			
CONTROLE DE QUALIDADE:	As características (potência e especificidade) deste lote de Anti-c estão em conformidade com as especificações indicadas na edição atual de "As Diretrizes para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido"			

RELEASED BY:

DATE: 16 June 2022

LIBERADO POR:

DATA: 16 de Junho 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a cross-like shape at the bottom.

Technical Administrator
Administrador Técnico
