

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

<b>MS ANVISA</b>	<b>80115310040</b>
<b>CÓDIGO / CODE</b>	<b>107087</b>
<b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b>	<b>1020250K</b>
<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>COLESTEROL CHOD PAP 1X250ML + 1X3ML PADRAO</b>
	<b>KIT</b>
LOTE / LOT:	10708722149
DATA DE FABR./MANUF. DATE	07/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2023
	<b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1020250MK
LOTE / LOT:	10719022149
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2024
	<b>PADRÃO / STANDARD</b>
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1020003P
LOTE / LOT:	1072532286
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2023

<b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>	<b>RESULTADO / RESULTS</b>
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.68
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.006
TRULAB N - LOTE: 31253 (mg/dL)	126 - 167	149
TRULAB P - LOTE: 31254 (mg/dL)	161 - 214	196
TRULAB L - LOTE: 32552 (mg/dL)	134 - 178	158

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control