CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	**80115310052**
CÓDIGO / CODE	**111199**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	**1050200R**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	**HDL-C IMUNO R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)**

KIT

LOTE / LOT:	1111992245
DATA DE FABR./MANUF. DATE	08/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2023

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1050050T
LOTE / LOT:	1111982244
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2023

REAGENTE 2 / REAGENT 2

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1050050T
LOTE / LOT:	1111982244
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	12/2023

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALHA - CLEAR, PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	6.90 - 7.10	Conforme/According
PH (25 oC) R2	6,90 - 7,10	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 600-700 nm	0.000 - 0.0150	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 600-700 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
TRULAB L - LOTE: 32552 (mg/dL)	28.1 - 42.2	35.08
TRULAB N - LOTE: 31253 (mg/dL)	35.0 - 46.4	41.83
TRULAB P - LOTE: 31254 (mg/dL)	53.5 - 70.9	62.07

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control