

## CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310149  
**CÓDIGO / CODE** 108313  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 5061000K  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** MIURA SYSTEM SOL. FOR PROBE 1000ML

**FRASCO / BOTTLE**  
**LOTE / LOT:** 1083132265  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 08/2022  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 08/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
CONCENTRACAO DE HCL (mol/L)	0.98 - 1.08	1.00

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**