

CERTIFICADO DE ANÁLISE CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310073
CÓDIGO / CODE	107366
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1120075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	PROTEINA TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO
	KIT
LOTE / LOT:	10736622178
DATA DE FABR./MANUF. DATE	08/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2024
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1120020R1K
LOTE / LOT:	10737822101
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2024
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1120015R2K
LOTE / LOT:	1073792298
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	05/2024
	PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1120001P
LOTE / LOT:	10737122116
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.6 - 13.0	12.81
pH (25 oC) R2	13.1 - 13.5	13.26
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.000
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm	0.030 - 0.060	0.046
TRULAB N - LOTE: 31253 (g/dL)	5.54 - 6.91	5.99
TRULAB P - LOTE: 31254 (g/dL)	7.39 - 9.21	8.00

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control