

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310248
CÓDIGO / CODE	111471
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1180003KC
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TOPKAL COBRE 1 X3 ML
	KIT
	LOTE / LOT: 111471229
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 08/2022
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2026
	CALIBRADOR / CALIBRATOR
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1180003C
	LOTE / LOT: 111470227
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2026

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
CONCENTRACAO (ug/dL)	-	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 31253 (ug/dL)	106 - 158	117.50
TRULAB P - LOTE: 31254 (ug/dL)	216 - 324	269.11

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control