CHROMSYSTEMS
DIAGNOSTICS BY HPLC & LC-MS/MS

Internal Standard Mix – MassTox Antimycotic Drugs/EXTENDED in serum/plasma

Padrão Interno para drogas antimicóticas

MS 10350840346

Somente para diagnóstico de uso *in vitro*.

Nº de lote, data de fabricação e validade: ver rótulos dos frascos e da embalagem.

Artigo	Apresentação
92644/XT	3,8 ml

Finalidade
Internal Standard Mix - MassTox Antimycotic Drugs/Extended é utilizado para calibrar o sistema para determinação da concentração de drogas antimicóticas.
O padrão interno é adicionado ao iniciar o preparo da amostra de acordo com as instruções de uso do kit utilizado.

Condições de Armazenamento
Quando armazenado abaixo de -18°C, o padrão interno fechado é estável até a data de validade determinada no rótulo do frasco.
Imediatamente após o uso fechar o frasco e armazenar abaixo de -18°C. A validade após aberto é de 1 ano, não excedendo a validade informada no rótulo do produto.

Material necessário, não fornecido
Material de uso geral em laboratório.

Especificações
Máx. variação frasco a frasco: 1% em peso.

Garantia
Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

Descarte
Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes, revisão em vigor.

Transições de Massas

Os valores para este lote são informados na bula em inglês que acompanha o produto.

Podem ocorrer mudanças dos valores dos analitos definidos neste produto.

A tabela apresentada contém as transições de massas recomendadas para os analitos e respectivos padrões internos. Todas as especificações são aplicadas para o modo de ionização positiva com ionização eletro spray (ESI). Micafungina é aplicada para o modo de ionização negativa com eletro spray (ESI).

Símbolos Usados

- Fabricante
- Limites de temperatura
- IVD Diagnóstico in vitro
- Cuidado, consulte documentos anexos
- Consulte instruções de uso
- Material Reciclável
- Não rejeitar diretamente para o ambiente
- LOT Lote
- Data de Fabricação
- Validade
- Risco Biológico
- Altamente tóxico
- Corrosivo
- Nocivo

Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH
Am Hoog 12 · 82166 Gräfelfing/Alemanha
Phone: +49 89 18930-0 · Fax: +49 89 18930-199
mailbox@chromsystems.com · www.chromsystems.com

Importado e Distribuído por: Biosys Ltd.
Coronel Gomes Machado, 358, Centro, Niterói, RJ
CEP: 24020-112 · CNPJ: 02220795/0001-79 · SAC: (21) 3907-2534
sac@biosys.com.br · www.biosys.com.br