

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310199  
**CÓDIGO / CODE** 109253  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 5130250K  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** CLEANER A 250ML

**FRASCO / BOTTLE**  
**LOTE / LOT:** 1092532243  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 09/2022  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 09/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
CONCENTRACAO DE HCL (mol/L)	0.57 - 0.63	0.60

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**