

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310093
CÓDIGO / CODE 111207
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2080112.4R
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALFA AMILASE G7 R1 4 X 21,3 ML + R2 4 X 6,8 ML (RESPONS)

KIT
LOTE / LOT: 1112072242
DATA DE FABR./MANUF. DATE: 09/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080028.1T
LOTE / LOT: 1112062242
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080028.1T
LOTE / LOT: 1112062242
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE 31253 (U/L)	55.5 - 83.2	68.0
TRULAB P - LOTE 31254 (U/L)	190 - 285	230.4

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control