



LORNE LABORATORIES LTD



CERTIFICATE OF ANALYSIS

CERTIFICADO DE ANALISE

<b>PRODUCT:</b>	Anti-S Monoclonal Blood Grouping Reagent
<b>PRODUTO:</b>	Reagente de Grupo Sanguíneo Anti-S
<b>LOT NUMBER:</b>	77031-A1 and all sub-lots (i.e. 77031-A2, 77031-A3, 77031-A4, etc)
<b>NÚMERO DE LOTE:</b>	77031-A1 e todos os sublotos (e.x. 77031-A2, 77031-A3, 77031-A4, etc)
<b>MANUFACTURE DATE:</b>	2022-05-25
<b>DATA DE FABRICAÇÃO:</b>	25/05/2022
<b>EXPIRY DATE:</b>	2024-05-25
<b>DATA DE VALIDADE:</b>	25/05/2024
<b>PRESERVATIVE:</b>	<0.1% Sodium Azide w/v
<b>CONSERVANTE:</b>	0.1% de Azida Sódica w/v
<b>DYE:</b>	None
<b>CORANTE:</b>	Nenhum
<b>STERILITY:</b>	Product filtered through a sterile 0.2 µm filter
<b>ESTERILIDADE:</b>	Produto filtrado através de um filtro estéril 0,2µm
<b>STORAGE:</b>	Refrigerate at 2 – 8°C
<b>ARMAZENAMENTO:</b>	Refrigerado à 2 – 8°C
<b>MICRO TESTING:</b>	Source materials used to produce this lot were tested at source and found to be non-reactive for anti-HIV 1+2, anti-HCV and HBsAg
<b>MICRO TESTE:</b>	Os materiais de origem usados para produzir este lote foram testados na origem e encontrados para serem não reativos para anti-HIV 1+2, anti-HCV e HBsAg

	<b>Tube Test:</b> (Teste em tubo)	<b>Ortho Card</b>	<b>Diamed Card</b>
<b>POTÊNCIA:</b>	<b>Ss Cells</b>	1 in 32	1 in 16
<b>POTENCY:</b>	<b>Células Ss</b>	1 em 32	1 em 16
<b>SPECIFICITY:</b>	<b>Positive Phenotypes</b> <b>Fenótipos Positivos</b>	<b>Negative Phenotypes</b> <b>Fenótipos Negativos</b>	
<b>ESPECIFICIDADE:</b>	<b>Ss Cells</b>	Grade 5	<b>SS Cells</b> Negative
	<b>Células Ss</b>	Grau 5	<b>Células Ss</b> Negativo

**QUALITY CONTROL:** The characteristics (potency and specificity) of this lot of Anti-s conform to the specifications stated in the current issue of “The Guidelines for the Blood Transfusion Services in the UK”

**CONTROLE DE QUALIDADE:** As características de potência e especificidade desse lote de Anti-Ss estão de acordo com as especificações determinadas na atual edição de “Orientações para os Serviços de Transfusão de Sangue no Reino Unido”.

**RELEASED BY:**

**LIBERADO POR:**

Technical Administrator  
(Administrador Técnico)

**DATE:** 13 July 2022

**DATA:** 13 de Julho de 2022