CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	**80115310248**
CÓDIGO / CODE	**111465**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	**1160050KWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	**COBRE 2X25ML**

KIT

LOTE / LOT:	1114652215
DATA DE FABR./MANUF. DATE	09/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1160025MKWS
LOTE / LOT:	1114642215
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	4.90 - 5.10	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 580 nm	0.000 - 0.100	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 31253 (ug/dL)	106 - 158	126.69
TRULAB P - LOTE: 31254 (ug/dL)	216 - 324	246.16

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control