

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310144
CÓDIGO / CODE 108311
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 5051000K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CLEANER SOLUTION 1000ML

FRASCO / BOTTLE
LOTE / LOT: 10831122133
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2024

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS | Conforme/According |
| PH (25 oC) | 2.20 - 2.70 | 2.50 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control