

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310073</b>   |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>107366</b>  |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>1120075K</b>  |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>PROTEINA TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO</b> |
|                                     | <b>KIT</b>   |
| LOTE / LOT:                         | 10736622181  |
| DATA DE FABR./MANUF. DATE           | 10/2022  |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:     | 05/2024  |
|                                     | <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>                              |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE:       | 1120020R1K   |
| LOTE / LOT:                         | 10737822103  |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:     | 08/2024  |
|                                     | <b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>                              |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE:       | 1120015R2K   |
| LOTE / LOT:                         | 1073792298   |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:     | 05/2024  |
|                                     | <b>PADRÃO / STANDARD</b>                                   |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE:       | 1120001P   |
| LOTE / LOT:                         | 10737122117  |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:     | 06/2024  |

| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>       | <b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>              | <b>RESULTADO / RESULTS</b> |
|--------------------------------------|---|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1              | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID         | Conforme/According         |
| APARENCIA/APPEARANCE R2              | LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID                  | Conforme/According         |
| ODOR/ODOUR R1                        | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According         |
| ODOR/ODOUR R2                        | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | Conforme/According         |
| pH (25 oC) R1                        | 12.6 - 13.0                                       | 12.83                      |
| pH (25 oC) R2                        | 13.1 - 13.5                                       | 13.33                      |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm   | 0.000 - 0.030                                     | 0.001                      |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm | 0.030 - 0.060                                     | 0.047                      |
| TRULAB N - LOTE: 31253 (g/dL)        | 5.59 - 6.97                                       | 6.01                       |
| TRULAB P - LOTE: 31254 (g/dL)        | 7.31 - 9.12                                       | 8.07                       |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control