

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310210
CÓDIGO / CODE	110176
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	1120075MWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	PROTEINA TOTAL WS R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)
KIT	
LOTE / LOT:	1101762254
DATA DE FABR./MANUF. DATE	10/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2024
REAGENTE 1 / REAGENT 1	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1120020R1MWS
LOTE / LOT:	1101772253
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2024
REAGENTE 2 / REAGENT 2	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	1120015R2MWS
LOTE / LOT:	1101782254
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	08/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	12.6 - 13.0	12.83
pH (25 oC) R2	13.1 - 13.5	13.33
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm	0.030 - 0.060	0.047
TRULAB N - LOTE: 31253 (g/dL)	5.59 - 6.97	6.01
TRULAB P - LOTE: 31254 (g/dL)	7.31 - 9.12	8.07

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control