

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310107
CÓDIGO / CODE 107799
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 5021000K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION SOLUCAO DE SISTEMA PARA AUTOMACAO BIOQUIMICA 1000ML

FRASCO / BOTTLE
LOTE / LOT: 10779922105
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
PH (25 oC)	6.00 - 8.00	7.13

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control