

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310247  
**CÓDIGO / CODE** 111468  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1170050KWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ZINCO 2X25ML

**KIT**  
**LOTE / LOT:** 1114682218  
**DATA DE FABR./MANUF. DATE** 09/2022  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 07/2024

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE:** 1170025MKWS  
**LOTE / LOT:** 1114672222  
**DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:** 07/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, LARANJA - CLEAR, ORANGE	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	9.30 - 9.50	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 560 nm	0.000 - 0.100	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 31253 (ug/dL)	148 - 222	178.40
TRULAB P - LOTE: 31254 (ug/dL)	257 - 385	313.40

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
**Controle de Qualidade / Quality Control**