

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310247
CÓDIGO / CODE 111469
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1170100KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ZINCO 4X25ML

KIT
LOTE / LOT: 1114692222
DATA DE FABR./MANUF. DATE 09/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1170025MKWS
LOTE / LOT: 1114672222
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, LARANJA - CLEAR, ORANGE	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	9.30 - 9.50	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 560 nm	0.000 - 0.100	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 31253 (ug/dL)	148 - 222	178.40
TRULAB P - LOTE: 31254 (ug/dL)	257 - 385	313.40

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control