CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310055**
CÓDIGO / CODE **107103**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1090250K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **BILIRRUBINA TOTAL (AUTOMACAO) R1 5X40ML + R2 1X50ML**

KIT
LOTE / LOT: 10710322154
DATA DE FABR./MANUF. DATE 11/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090040R1K
LOTE / LOT: 10721122146
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1090050R2K
LOTE / LOT: 10721222145
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 02/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELADO, LEVEMENTE OPACO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOWISH,SLIGHTLY OPALESCENT	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, INCOLOR A AMARELO - CLEAR, COLOURLESS TO YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	0.70 - 0.90	CONFORME/ACCORDING
PH (25oC) R2	0.80 - 1.00	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm	0.000 - 0.030	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 -546 nm	0.000 - 0.030	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 31253 (mg/dL)	1.17 - 1.99	1.51
TRULAB P - LOTE: 31254 (mg/dL)	3.33 - 5.67	4.03

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control