CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310267**
CÓDIGO / CODE **111989**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1160200R**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **HDL-C DIRETO R1 4 X 38,6 ML + R2 4 X 11,4 ML (RESPONS)**

KIT
LOTE / LOT: 1119892215
DATA DE FABR./MANUF. DATE 10/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1160050T
LOTE / LOT: 1119882215
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1160050T
LOTE / LOT: 1119882215
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR A ROSEADO - CLEAR, COLOURLESS TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 31253 (mg/dL)	36.5 - 48.3	38.55
TRULAB P - LOTE: 31254 (mg/dL)	64.2 - 85.1	66.25
TRULAB L - LOTE: 32552 (mg/dL)	27.3 - 41.0	30.63

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control