

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| MS ANVISA | 80115310248 |
| CÓDIGO / CODE | 111471 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1180003KC |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | TOPKAL COBRE 1 X3 ML |
| KIT | |
| LOTE / LOT: | 1114712211 |
| DATA DE FABR./MANUF. DATE | 12/2022 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 01/2026 |
| CALIBRADOR / CALIBRATOR | |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 1180003C |
| LOTE / LOT: | 111470229 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 01/2026 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| APARENCIA | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS | CONFORME/ACCORDING |
| CONCENTRACAO (ug/dL) | - | CONFORME/ACCORDING |
| TRULAB N - LOTE: 31253 (ug/dL) | 106 - 158 | 114 |
| TRULAB P - LOTE: 31254 (ug/dL) | 216 - 324 | 257 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control