

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310247
CÓDIGO / CODE 111468
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1170050KWS
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ZINCO 2X25ML

KIT

LOTE / LOT: 1114682219
DATA DE FABR./MANUF. DATE 12/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1170025MKWS
LOTE / LOT: 1114672223
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, LARANJA - CLEAR, ORANGE	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	9.30 - 9.50	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 560 nm	0.000 - 0.100	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 31253 (ug/dL)	148 - 222	191.1
TRULAB P - LOTE: 31254 (ug/dL)	257 - 385	332.2

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control