

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310247  
**CÓDIGO / CODE** 111468  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 1170050KWS  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ZINCO 2X25ML

**KIT**  
LOTE / LOT: 1114682320  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/2023  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2024

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**  
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1170025MKWS  
LOTE / LOT: 1114672324  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO, LARANJA - CLEAR, ORANGE	Conforme/According
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC)	9.30 - 9.50	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 560 nm	0.000 - 0.100	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 31253 (ug/dL)	148 - 222	191.1
TRULAB P - LOTE: 31254 (ug/dL)	257 - 385	332.2

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control