

TopKon L



MS 80115310105

Soro controle de Lipídios
Sérum de control Lipidos

Art.: 6010003KC (1 x 3 mL)

LOT 1077792254

02-2024

Valores de referência para utilização em reagentes Kovalent

Valores de referencia para su uso en reactivos Kovalent

Em caso de mudança de valores, acesse a versão atualizada em: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

En caso de cambio de valores, vaya a la versión actualizada en: <http://www.kovalent.com.br/produto/topkon-l/>

*Os limites de referência foram calculados com 3 desvios padrões.

*Los límites de referencia se calcularon con 3 desviaciones estándar.

Parâmetro	Método	Equipamento	Valor Médio	Limites de referência*	1 SD	Unidade	
Parámetro	Método	Equipamento	Valor medio	Límites de referencia*	1 SD	Unidad	
APO A1 Apolipoproteína A1	Imunoturbidimétrico	Respos 910, 920 e 940	121	96,4 - 145	8,10	mg/dL	
	Imunoturbidimétrico		1,21	0,964 - 1,45	0,08	g/L	
APO B Apolipoproteína B	Imunoturbidimétrico	Respos 910, 920 e 940	91,9	73,6 - 110	6,07	mg/dL	
	Imunoturbidimétrico		0,919	0,736 - 1,10	0,06	g/L	
COLESTEROL Colesterol total	CHOD-PAP	Respos 910, 920 e 940	156	134 - 178	7,33	mg/dL	
			4,04	3,47 - 4,60	0,19	mmol/L	
			1,56	1,34 - 1,78	0,07	g/L	
FOSFOLIPÍDIOS Fosfolípidios Fosfolípidos	Enzimático	Respos 910	169	135 - 202	11,17	mg/dL	
			2,18	1,74 - 2,61	0,15	mmol/L	
			1,69	1,35 - 2,02	0,11	g/L	
HDL-C Colesterol HDL	Imunoinibição Inmunoinhibición	Respos 910, 920 e 940	37,4	30,0 - 44,9	2,48	mg/dL	
			0,968	0,775 - 1,16	0,06	mmol/L	
			0,374	0,300 - 0,449	0,02	g/L	
	Direto, colorimétrico	Respos 910, 920 e 940	31,6	25,3 - 37,9	2,10	mg/dL	
			0,817	0,654 - 0,98	0,05	mmol/L	
			0,316	0,253 - 0,379	0,02	g/L	
CHOD-PAP Precipitante			28,9	23,1 - 34,7	1,93	mg/dL	
			0,747	0,598 - 0,896	0,05	mmol/L	
			0,289	0,231 - 0,347	0,02	g/L	
LDL-C Colesterol LDL	Seleção homogênea Selección homogénea	Respos 910	97,6	78,1 - 117	6,48	mg/dL	
			2,52	2,02 - 3,03	0,17	mmol/L	
			0,976	0,781 - 1,17	0,06	g/L	
		Respos 920 e 940		91,7	73,4 - 110	6,10	mg/dL
				2,37	1,90 - 2,85	0,16	mmol/L
				0,917	0,734 - 1,10	0,06	g/L
	Direto, colorimétrico	Respos 910, 920 e 940		100	80,3 - 120	6,62	mg/dL
				2,60	2,08 - 3,11	0,17	mmol/L
1,00				0,803 - 1,20	0,07	g/L	
CHOD-PAP Precipitante			104	83,4 - 125	6,93	mg/dL	
			2,70	2,16 - 3,24	0,18	mmol/L	
			1,04	0,834 - 1,25	0,07	g/L	
Lp-PLA2 Lipoproteína associada fosfolipase A2	Colorimétrico	Respos 910	303	243 - 364	20,17	U/L	
			5,05	4,04 - 6,06	0,34	µkat/L	
NEFA Ácidos Graxos não esterificados Acidos Grasos no esterificados	Enzimático	Respos 910	16,6	13,3 - 19,9	1,10	mg/dL	
			0,588	0,470 - 0,706	0,04	mmol/L	
			0,166	0,133 - 0,199	0,01	g/L	
TRIGLICERÍDEOS Triglicerídeos Trigliceridos	GPO-PAP	Respos 910, 920 e 940	94,9	75,9 - 114	6,35	mg/dL	
			1,07	0,855 - 1,28	0,07	mmol/L	
			0,949	0,759 - 1,14	0,06	g/L	

Atenção: Mudança de valores!

Kovalent do Brasil Ltda.
Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jardim Bom Retiro
São Gonçalo – RJ – Brasil
CEP: 24722-414
CNPJ: 04.842.199/0001-56
www.kovalent.com.br
SAC: 21 3907-2534 / 0800 015 1414 sac@kovalent.com.