CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310072**
CÓDIGO / CODE **108365**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1110060K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **ALBUMINA 2X30ML + 1X3ML PADRAO**

KIT
LOTE / LOT: 10836523130
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110030MK
LOTE / LOT: 1083642382
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2024

PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110003P
LOTE / LOT: 1073702295
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.258
TRULAB N - LOTE: 31253 (g/dL)	2.78 - 4.45	3.54
TRULAB P - LOTE: 31254 (g/dL)	3.54 - 5.65	4.44

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control