CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310206**
CÓDIGO / CODE **110130**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1110060MWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **ALBUMINA WS 2X30ML (NOVO MIURA)**

KIT
LOTE / LOT: 1101302351
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1110030MMWS
LOTE / LOT: 1101312352
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEREANCE	LIMPIDO, VERDE PALIDO - CLEAR, PALE GREEN	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	4.1 - 4.3	4.21
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.100 - 0.350	0.258
TRULAB N - LOTE: 31253 (g/dL)	2.78 - 4.45	3.54
TRULAB P - LOTE: 31254 (g/dL)	3.54 - 5.65	4.44

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control