

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

**MS ANVISA** 80115310093  
**CÓDIGO / CODE** 112413  
**COD. INTERNO / INTERNAL CODE** 2080050MK  
**DESCRIÇÃO / DESCRIPTION** ALFA AMILASE G7 R1 1 X 40 ML + R2 1 X 10 ML

**KIT**

LOTE / LOT: 112413232  
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2023  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2024

**REAGENTE 1 / REAGENT 1**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080040R1MK  
LOTE / LOT: 112414232  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2024

**REAGENTE 2 / REAGENT 2**

COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080010R2MK  
LOTE / LOT: 112415232  
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 06/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	CONFORME/ACCORDING
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE 31253 (U/L)	55.5 - 83.2	71.5
TRULAB P - LOTE 31254 (U/L)	190 - 285	252.8

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control