CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310195**
CÓDIGO / CODE **112433**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1020120MKWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **COLESTEROL WS 3X40ML**

KIT
LOTE / LOT: 112433232
DATA DE FABR./MANUF. DATE 01/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2025

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1020040MMKWS
LOTE / LOT: 112434232
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO ROSADO - CLEAR, PINK LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHT SMELL PHENOL	Conforme/According
pH (25oC)	6.60 - 6.80	6.68
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.030	0.006
TRULAB N - LOTE: 31253 (mg/dL)	125 - 166	144.2
TRULAB P - LOTE: 31254 (mg/dL)	184 - 244	213.6
TRULAB L - LOTE: 32552 (mg/dL)	137 - 182	158.6

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control