CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310192**
CÓDIGO / CODE **110154**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **3020075MWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **FERRO FERENE WS R1 3X20ML + R2 1X15ML (MIURA)**

KIT
LOTE / LOT: 1101542357
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3020020R1MWS
LOTE / LOT: 1101552355
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3020015R2MWS
LOTE / LOT: 1101562354
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO E INCOLOR - CLEAR CLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO AMARELADO - CLEAR, YELLOW LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	ODOR CARACTERISTICO DE ACIDO ACETICO - CHARACTERISTIC ODOUR ACETIC ACID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	FETIDO - SMELLY	CONFORME/ACCORDING
pH R1 (25 oC)	4.40 - 4.60	4.45
pH R2 (25 oC)	2.40 - 2.60	2.49
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 595 nm	0.000 - 0.015	0.001
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R2 - 595 nm	0.000 - 0.050	0.016
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 595 nm	0.000 - 0.050	0.013
TRULAB N - LOTE: 31253 (ug/dL)	67.8 - 89.9	80.35
TRULAB P - LOTE: 31254 (ug/dL)	207 - 274	242.87

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control