CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310061**
CÓDIGO / CODE **107391**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **3040075K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **FOSFATO UV R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO**

KIT
LOTE / LOT: 10739123180
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3040020R1K
LOTE / LOT: 10739323119
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3040015R2K
LOTE / LOT: 10739623120
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 12/2024

PADRÃO / STANDARD
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3040003P
LOTE / LOT: 10736122113
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR CLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	COMO DERIVADOS DE POLI-OXIDOS - LIKE POLYOXY-DERIVATIVES	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
PH R1 (25 oC)	0.70 - 0.90	0.88
PH R2 (25 oC)	4.70 - 4.90	4.79
PH R1+R2 (25 oC)	0.80 - 1.00	1.00
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.000 - 0.050	0.011
ABSORBANCIA/ABSORBANCE (R1+R2) - R1 - 340 nm	0.000 - 0.300	0.163
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R2 - 340 nm	0.000 - 0.250	0.174
TRULAB N LOTE 31253 (mg/dL)	2.42 - 3.49	3.03
TRULAB P LOTE 31254 (mg/dL)	5.67 - 8.16	7.14

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control