CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310204**
CÓDIGO / CODE **110166**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1040180MWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **GLICOSE WS 6X30ML**

KIT
LOTE / LOT: 1101662368
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2025

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1040030MMWS
LOTE / LOT: 1101672366
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 01/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO AVERMELHADO - CLEAR, REDDISH	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR	LEVE ODOR DE FENOL - SLIGHTLY SMELL PHENOL	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC)	7.4 - 7.6	7.51
ABSORBANCIA/ABSORBANCE - 546 nm	0.000 - 0.050	0.003
TRULAB N - LOTE: 31253 (mg/dL)	75.0 - 104	93.6
TRULAB P - LOTE: 31254 (mg/dL)	244 - 337	290.2

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control