

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|---|
| MS ANVISA | 80115310144 |
| CÓDIGO / CODE | 108311 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 5051000K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | CLEANER SOLUTION 1000ML |
| | FRASCO / BOTTLE |
| | LOTE / LOT: 10831123139 |
| | DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/2023 |
| | DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2024 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS | CONFORME/ACCORDING |
| PH (25 oC) | 2.20 - 2.70 | 2.40 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control