

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| | |
|-------------------------------------|--|
| MS ANVISA | 80115310073 |
| CÓDIGO / CODE | 107366 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE | 1120075K |
| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | PROTEINA TOTAL R1 3X20ML + R2 1X15ML + 1X3ML PADRAO |
| | KIT |
| LOTE / LOT: | 10736623187 |
| DATA DE FABR./MANUF. DATE | 02/2023 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 11/2024 |
| | REAGENTE 1 / REAGENT 1 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 1120020R1K |
| LOTE / LOT: | 10737823105 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 11/2024 |
| | REAGENTE 2 / REAGENT 2 |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 1120015R2K |
| LOTE / LOT: | 10737923103 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 11/2024 |
| | PADRÃO / STANDARD |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE: | 1120001P |
| LOTE / LOT: | 10737122119 |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: | 12/2024 |

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS LIQUID | CONFORME/ACCORDING |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO AZUL - CLEAR BLUE LIQUID | CONFORME/ACCORDING |
| ODOR/ODOUR R1 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING |
| ODOR/ODOUR R2 | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING |
| pH (25 oC) R1 | 12.6 - 13.0 | 12.82 |
| pH (25 oC) R2 | 13.1 - 13.5 | 13.28 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 546 nm | 0.000 - 0.030 | 0.00 |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 546nm | 0.030 - 0.060 | 0.045 |
| TRULAB N - LOTE: 31253 (g/dL) | 5.59 - 6.97 | 6.12 |
| TRULAB P - LOTE: 31254 (g/dL) | 7.31 - 9.12 | 8.10 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control