

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310147
CÓDIGO / CODE 108579
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 4190500K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION SOLUCAO HEMOLISANTE 500ML

FRASCO / BOTTLE
LOTE / LOT: 1085792351
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
CRESCIMENTO BACTERIANO/BACTERIAL GROWTH	< 100 UFC/ML - < 100 UFC/ML	0
CRESCIMENTO COLIFORMES/COLIFORMES GROWTH	AUSENTE - ABSENT	Ausente/Absent
CRESCIMENTO PSEUDOMONAS/PSEUDOMONAS GROWTH	AUSENTE - ABSENT	Ausente/Absent

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control