CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310047**
CÓDIGO / CODE **112455**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **2040050MK**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **TGO (ASAT) R1 1X40ML + R2 1X10ML**

KIT
LOTE / LOT: 112455233
DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2040040R1MK
LOTE / LOT: 112456233
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 05/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2040010R2MK
LOTE / LOT: 112457233
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
pH (37 oC) R1	7.55 - 7.75	7.59
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.60
pH (37 oC) R1 + R2	7.55 - 7.75	7.63
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.00 - 0.03	0.009
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 340 nm	1.80 - 1.95	1.908
TRULAB N - LOTE: 31253 (U/L)	32.3 - 51.5	41.33
TRULAB P - LOTE: 31254 (U/L)	141 - 225	173.65

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control