

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310087
CÓDIGO / CODE 107836
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3050050K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CAPAC. DE LIG. DO FERRO NAO SAT. UIBC 2X20ML + 1X10 ML

KIT
LOTE / LOT: 10783623112
DATA DE FABR./MANUF. DATE 02/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3050020R1K
LOTE / LOT: 1078302397
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3050010R2K
LOTE / LOT: 1078322397
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO A OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOWISH	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	ODOR CARACTERISTICO - CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SULFUROSO - SULPHUROUS	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	8.60 - 8.80	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R2	2,40 - 2,60	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 31253 (ug/dL)	209 - 314	227.9

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control