

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310087
CÓDIGO / CODE	107836
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	3050050K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	CAPAC. DE LIG. DO FERRO NAO SAT. UIBC 2X20ML + 1X10 ML
	KIT
	LOTE / LOT: 10783623113
	DATA DE FABR./MANUF. DATE 03/2023
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2024
	REAGENTE 1 / REAGENT 1
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3050020R1K
	LOTE / LOT: 1078302398
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2024
	REAGENTE 2 / REAGENT 2
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3050010R2K
	LOTE / LOT: 1078322398
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 04/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO A OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO OPALESCENT, COLOURLESS TO	CONFORME/ACCORDING
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R1	ODOR CARACTERISTICO - CHARACTERISTIC ODOUR	CONFORME/ACCORDING
ODOR/ODOUR R2	SULFUROSO - SULPHUROUS	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R1	8.60 - 8.80	CONFORME/ACCORDING
pH (25 oC) R2	2,40 - 2,60	CONFORME/ACCORDING
TRULAB N - LOTE: 31253 (ug/dL)	209 - 314	245.2

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control