

# CERTIFICADO DE ANÁLISE

## CERTIFICATE OF ANALYSIS

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>MS ANVISA</b>                    | <b>80115310093</b>                           |
| <b>CÓDIGO / CODE</b>                | <b>107930</b>                                |
| <b>COD. INTERNO / INTERNAL CODE</b> | <b>2080075K</b>                              |
| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>      | <b>ALFA-AMILASE G7 R1 3X20ML + R2 1X15ML</b> |
| <b>KIT</b>                          |  |
| LOTE / LOT:                         | 10793023215                                  |
| DATA DE FABR./MANUF. DATE           | 04/2023                                      |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:     | 10/2024                                      |
| <b>REAGENTE 1 / REAGENT 1</b>       |  |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE:       | 2080020R1K                                   |
| LOTE / LOT:                         | 10793123156                                  |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:     | 10/2024                                      |
| <b>REAGENTE 2 / REAGENT 2</b>       |  |
| COD. INTERNO / INTERNAL CODE:       | 2080015R2K                                   |
| LOTE / LOT:                         | 10793323160                                  |
| DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:     | 10/2024                                      |

| <b>DESCRIÇÃO / DESCRIPTION</b>        | <b>ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION</b>              | <b>RESULTADO / RESULTS</b> |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1               | LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS              | CONFORME/ACCORDING         |
| APARENCIA/APPEARANCE R2               | LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW      | CONFORME/ACCORDING         |
| ODOR/ODOUR R1                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING         |
| ODOR/ODOUR R2                         | SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING         |
| pH (37 oC) R1                         | 7.05 - 7.25                                       | CONFORME/ACCORDING         |
| pH (37 oC) R2                         | 7.05 - 7.25                                       | CONFORME/ACCORDING         |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm    | 0.000 - 0.030                                     | CONFORME/ACCORDING         |
| ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm | 0.020 - 0.100                                     | CONFORME/ACCORDING         |
| TRULAB N - LOTE 31253 (U/L)           | 55.5 - 83.2                                       | 68.85                      |
| TRULAB P - LOTE 31254 (U/L)           | 190 - 285   | 232.63                     |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced electronically and is valid without a signature.

**Monique Brasil Vianna de Sá**  
Controle de Qualidade / Quality Control