CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	**80115310183**
CÓDIGO / CODE	**110050**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	**5110250K**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	**CLEANER B - 250 ML**

FRASCO / BOTTLE

LOTE / LOT:	1100502227
DATA DE FABR./MANUF. DATE	07/2022
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	07/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE	LIMPIDO INCOLOR - CLEAR COLOURLESS	Conforme/According
PH (25 oC)	12.50 - 13.50	12.72

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control