

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310087
CÓDIGO / CODE 107836
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 3050050K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION CAPAC. DE LIG. DO FERRO NAO SAT. UIBC 2X20ML + 1X10 ML

KIT
LOTE / LOT: 10783623114
DATA DE FABR./MANUF. DATE: 04/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3050020R1K
LOTE / LOT: 1078302399
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 3050010R2K
LOTE / LOT: 1078322399
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 08/2024

| DESCRIÇÃO / DESCRIPTION | ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION | RESULTADO / RESULTS |
|--------------------------------|---|---------------------|
| APARENCIA/APPEARANCE R1 | LIMPIDO A OPACO, INCOLOR A AMARELADO - CLEAR TO OPALESCENT, COLOURLESS TO YELLOWISH | CONFORME/ACCORDING |
| APARENCIA/APPEARANCE R2 | LIMPIDO, AMARELO - CLEAR, YELLOW | CONFORME/ACCORDING |
| ODOR/ODOUR R1 | ODOR CARACTERISTICO - CHARACTERISTIC ODOUR | CONFORME/ACCORDING |
| ODOR/ODOUR R2 | SULFUROSO - SULPHUROUS | CONFORME/ACCORDING |
| pH (25 oC) R1 | 8.60 - 8.80 | CONFORME/ACCORDING |
| pH (25 oC) R2 | 2,40 - 2,60 | CONFORME/ACCORDING |
| TRULAB N - LOTE: 31253 (ug/dL) | 209 - 314 | 279 |

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronicly and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control