CERTIFICADO DE ANÁLISE
CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA **80115310189**
CÓDIGO / CODE **109311**
COD. INTERNO / INTERNAL CODE **1070500KWS**
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION **UREIA UV WS R1 2X200ML + R2 1X100ML**

KIT
LOTE / LOT: 10931123111
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070200R1KWS
LOTE / LOT: 10930723106
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1070100R2KWS
LOTE / LOT: 10930523102
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 03/2025

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	LEVE ODOR DE TIOL - SLIGHT SMELL THIOL	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (25 oC) R1	7.70 - 7.90	7.86
pH (25 oC) R1 + R2	7.70 - 7.90	7.86
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.60
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.200 - 0.300	0.237
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 340 nm	1.700 - 2.000	1.948
TRULAB N - LOTE: 31253 (mg/dL)	28.4 - 44.4	36.8
TRULAB P - LOTE: 31254 (mg/dL)	120 - 188	159.0

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control