

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310278
CÓDIGO / CODE 112251
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 1170075K
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION LDL-C DIRETO R1 3X20ML + R2 1X15ML

KIT
LOTE / LOT: 112251231
DATA DE FABR./MANUF. DATE 04/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1170020R1K
LOTE / LOT: 112258231
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 1170015R2K
LOTE / LOT: 112259231
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 07/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, AMARELADO A ROSEADO - CLEAR, YELLOWISH TO SLIGHTLY PINK	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELADO - CLEAR, YELLOWISH	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
TRULAB N - LOTE: 31253 (mg/dL)	66.8 - 88.6	77.74
TRULAB P - LOTE: 31254 (mg/dL)	110 - 146	124.33
TRULAB L - LOTE: 32552 (mg/dL)	81.8 - 123	100.31

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control