

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA	80115310051	
CÓDIGO / CODE	107083	
COD. INTERNO / INTERNAL CODE	2050075K	
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	TGP (ALAT) R1 3X20ML + R2 1X15ML	
	KIT	
	LOTE / LOT:	10708323214
	DATA DE FABR./MANUF. DATE	04/2023
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2024
	REAGENTE 1 / REAGENT 1	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2050020R1K
	LOTE / LOT:	10722323159
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	04/2024
	REAGENTE 2 / REAGENT 2	
	COD. INTERNO / INTERNAL CODE:	2050015R2K
	LOTE / LOT:	10722423167
	DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE:	06/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIQUIDO LIMPIDO LEVEMENTE AMARELADO - CLEAR, SLIGHTLY YELLOWISH LIQUID	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	7.08
pH (25 oC) R2	9.50 - 9.70	9.66
pH (37 oC) R1 + R2	7.05 - 7.25	7.13
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 340 nm	0.00 - 0.03	0.008
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 + R2 - 340 nm	1.80 - 1.95	1.896
TRULAB N - LOTE: 31253 (U/L)	39.4 - 63.0	51.4
TRULAB P - LOTE: 31254 (U/L)	92.0 - 147	117.5

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Monique Brasil Vianna de Sá
Controle de Qualidade / Quality Control