

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICATE OF ANALYSIS

MS ANVISA 80115310093
CÓDIGO / CODE 112413
COD. INTERNO / INTERNAL CODE 2080050MK
DESCRIÇÃO / DESCRIPTION ALFA AMILASE G7 R1 1X40ML + R2 1X10ML

KIT
LOTE / LOT: 112413234
DATA DE FABR./MANUF. DATE 05/2023
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2024

REAGENTE 1 / REAGENT 1
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080040R1MK
LOTE / LOT: 112414234
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2024

REAGENTE 2 / REAGENT 2
COD. INTERNO / INTERNAL CODE: 2080010R2MK
LOTE / LOT: 112415234
DATA DE VALIDADE / EXPIRY DATE: 10/2024

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	ESPECIFICAÇÃO / SPECIFICATION	RESULTADO / RESULTS
APARENCIA/APPEARANCE R1	LIMPIDO, INCOLOR - CLEAR, COLOURLESS	Conforme/According
APARENCIA/APPEARANCE R2	LIMPIDO, AMARELO PALIDO - CLEAR, PALE YELLOW	Conforme/According
ODOR/ODOUR R1	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
ODOR/ODOUR R2	SEM ODOR CARACTERISTICO - NO CHARACTERISTIC ODOUR	Conforme/According
pH (37 oC) R1	7.05 - 7.25	Conforme/According
pH (37 oC) R2	7.05 - 7.25	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1 - 405 nm	0.000 - 0.030	Conforme/According
ABSORBANCIA/ABSORBANCE R1+R2 - 405 nm	0.020 - 0.100	Conforme/According
TRULAB N - LOTE 31253 (U/L)	55.5 - 83.2	68.93
TRULAB P - LOTE 31254 (U/L)	190 - 285	232.10

OBS.: Este documento foi produzido eletronicamente e é válido sem assinatura / This document has been produced eletronically and is valid without a signature.

Andréa Araújo de Souza e Silva
Controle de Qualidade / Quality Control